



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 USA  
Tél. : 440-942-6161  
Fax : 440-942-2257  
E-mail : volk@volk.com

**Représentant UE :**  
Rudolf Riester GmbH  
Bruckstraße 31  
72417 Jungingen, Allemagne  
E-mail : info@riester.de  
Téléphone : +49 74 77 / 92 70-0  
Télécopie : +49 74 77 / 92 70-70



## Lentilles jetables Volk®1 Single Use Gonio

- STÉRILE. STÉRILISÉ À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE.
- POUR UN USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT.
- NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST OUVERT OU ENDOMMAGÉ.
- CONFORMÉMENT À LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE, LE PRÉSENT DISPOSITIF NE PEUT ÊTRE VENDU QUE PAR OU SUR ORDONNANCE D'UN MÉDECIN.

## FRANÇAIS : MODE D'EMPLOI

### CONSIGNES D'UTILISATION

Les lentilles jetables Volk®1 Single Use Gonio sont destinées à être utilisées en tant que lentilles de diagnostic pour les examens ophtalmologiques (y compris la chambre antérieure, le trabéculum, la rétine centrale et la rétine périphérique), ainsi que pour le traitement des anomalies intraoculaires.

### CARACTÉRISTIQUES

Produit	Grossissement	Nombre de miroirs	Facteur de grossissement du point laser	Revêtement antireflet pour laser
Volk®1 Single Use 4-Mirror Gonio (V4MIRD)	1.00	4	1.00	Sans revêtement
Volk®1 Single Use 3-Mirror Gonio (V3MIRD)	1.00	3	1.00	Sans revêtement
Volk®1 Single Use SLT (VSLTD)	1.00	1	1.00	Sans revêtement



### AVERTISSEMENTS

1. Ne pas plonger le dispositif dans un produit désinfectant avant utilisation.
2. Inspecter la/s surfaces de contact pour vérifier qu'elle(s) ne présente(nt) aucun endommagement (par ex. éclats, rayures, etc.). Ne pas utiliser le dispositif, ni tenter de le réparer, s'il est endommagé.



### PRÉCAUTIONS

1. Ne pas tenter d'utiliser les lentilles Gonio à usage unique de Volk®1 avant d'avoir lu et compris les présentes consignes d'utilisation dans leur intégralité.
2. Destinées à être utilisées par un médecin diplômé, d'après la méthode habituelle d'utilisation de lentilles ophtalmiques image directe contact, traitement laser et diagnostic.
3. L'emballage stérile doit être contrôlé avant utilisation.
4. Les lentilles jetables Volk®1 Single Use Gonio sont destinées à être utilisées sur un seul patient.
5. Ne pas restériliser et réutiliser les lentilles.
6. Le présent dispositif est emballé et stérilisé pour faire l'objet d'un usage unique exclusivement. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ce produit. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation du présent dispositif peuvent entraîner un risque de contamination et/ou provoquer une infection ou une infection croisée chez le patient, notamment la transmission d'une/de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à l'autre. La contamination du dispositif peut entraîner chez le patient des blessures, des maladies ou un décès.

### DATE « LIMITE D'UTILISATION »

Utiliser le dispositif avant la date « limite d'utilisation » figurant sur l'étiquette de l'emballage.

### CONSIGNES D'UTILISATION

1. Retirez la lentille de son emballage et la poser sur un plan de travail stérile.
2. Lentilles de contact à fluide standard nécessitent d'appliquer une solution à base de méthylcellulose ou une autre solution de contact visqueuse sur la surface de contact concave (c.-à-d. entre la cornée et le dispositif).
3. Lors du calcul de la taille du point sur la zone de traitement, la détermination du point laser doit être multipliée par le facteur de grossissement laser approprié. Consultez le tableau des caractéristiques pour connaître le facteur de grossissement laser adapté à la lentille utilisée.

**STERILE**

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Ne pas réutiliser



Lire les consignes d'utilisation pour prendre connaissance des informations importantes de mise en garde



Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé



Date « limite d'utilisation »

**LOT**

Numéro de lot

**REF**

Numéro de référence



Fabricant

**EC REP**

Représentant autorisé dans la Communauté européenne