



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 EE. UU.
Tlf: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
Correo electrónico:
volk@volk.com

EC REP

Representante de la UE:
Rudolf Riestler GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Alemania
E-mail: info@riester.de
Teléfono: +49 74 77 / 92 70-0
Fax: +49 74 77 / 92 70-70



Volk®1 Lentes Gonio de un solo uso

- ESTÉRILES. ESTERILIZADAS CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO.
- UN SOLO USO.
- NO UTILIZAR EN CASO DE QUE EL ENVOLTORIO ESTÉ ABIERTO O DAÑADO.
- LA LEY FEDERAL (EE. UU.) IMPIDE LA VENTA DE ESTAS LENTES POR PARTE DE UN MÉDICO O BAJO LA ORDEN DE UN MÉDICO.

INGLÉS: INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

INDICACIONES DE USO

Las lentes Gonio Volk®1 de un solo uso están indicadas como lentes de contacto de diagnóstico para examinar los ojos (incluyendo la cámara anterior, la malla trabecular, la retina central y la retina periférica) y para usarla en la terapia de anomalías intraoculares.

ESPECIFICACIONES

Producto	Ampliación	Número de espejos	Factor de ampliación de punto láser	Revestimiento láser antireflectante
Volk®1 Lentes Gonio 4-Miror de un solo uso (V4MIRD)	1,00	4	1,00	Sin revestimiento
Volk®1 Lentes Gonio 3-Miror de un solo uso (V3MIRD)	1,00	3	1,00	Sin revestimiento
Volk®1 Lentes SLT de un solo uso (VSLTD)	1,00	1	1,00	Sin revestimiento



ADVERTENCIAS

1. No sumergir las lentes en un producto descontaminante antes de su uso.
2. Inspeccione las superficies de contacto para asegurar que no presenten daños (arañazos, roturas, etc.). No usar o reparar si las lentes están dañadas.



PRECAUCIONES

1. No intente usar las lentes Volk®1 Gonio de un solo uso sin haber leído y entendido íntegramente estas instrucciones de uso.
2. Las lentes debe utilizarlas un médico titulado siguiendo un método que sea coherente con otras lentes de diagnóstico y láser oftálmicas de imagen directa.
3. Es necesario inspeccionar el embalaje estéril y las lentes antes de su uso.
4. Las lentes Gonio Volk®1 de un solo uso se han diseñado para su uso en un único paciente.
5. No deben volver a esterilizarse y utilizarse.
6. Las lentes se han empaquetado y esterilizado para un solo uso. No deben reutilizarse, reprocesarse o reesterilizarse. Una reutilización, reprocesamiento o reesterilización podría generar un riesgo de contaminación o provocar infecciones o infecciones cruzadas en los pacientes, incluyendo, entre otras, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación de las lentes podría provocar lesiones, enfermedades o incluso la muerte del paciente.

FECHA DE USO

Las lentes deben utilizarse antes de la fecha que figura en la etiqueta del paquete.

INSTRUCCIONES DE USO SUGERIDO

1. Extraiga la lente de la caja y sitúela en una zona de trabajo estéril.
2. Las lentes de contacto de líquido estándar requieren la aplicación de una solución viscosa de metilcelulosa o similar en la superficie de contacto cóncava (es decir, entre la córnea y la lente).
3. Al calcular el tamaño de los puntos en el lugar de tratamiento, debe multiplicarse el ajuste de puntos láser por el factor de ampliación láser correspondiente. Consulte la tabla de especificaciones para encontrar el factor de ampliación láser adecuado para la lente que se está usando.



Esterilizadas con óxido de etileno



No reutilizar



Consulte las instrucciones de uso para leer las precauciones a tener en cuenta



No utilizar en caso de que el envoltorio esté abierto o dañado.



Utilizar antes de



Número de lote



Número de referencia



Fabricante



Representante autorizado en la Comunidad Europea

Llamada gratuita: 800-345-8655 (EE. UU.) Teléfono: 440-942-6161 Fax: 440-942-2257

Correo electrónico: volk@volk.com