



**沃爱康光学公司**  
 地址: 7893 Enterprise Drive  
 Mentor, OH 44060 USA  
 电话: 440-942-6161  
 传真: 440-942-2257  
 电子邮箱: volk@volk.com

**EC REP** EU 代表:  
 Rudolf Riester GmbH  
 Bruckstraße 31  
 72417 Jungingen, 德国  
 电邮: info@riester.de  
 电话: +49 74 77 / 92 70-0  
 传真: +49 74 77 / 92 70-70



## 沃爱康®1 一次性接触式激光诊疗性镜片（直接接触）

- 无菌：采用环氧乙烷气体灭菌。
- 仅供单次使用。
- 如包装被打开或损坏，请勿使用。
- 联邦法律（美国）限制医生销售或根据医生指示销售本配件。

### 中文：使用说明

#### 使用说明

沃爱康®1 一次性接触式激光诊疗性镜片（直接接触）是指定用于眼底检查及眼内异常治疗的诊疗性镜片。

#### 规格

产品	放大倍率	激光光斑放大系数	可选接触式设计	抗反射激光镀膜
沃爱康囊切开术镜片	1.57	0.63	标准液	宽频抗反射镀膜
沃爱康虹膜切開術镜片	1.70	0.58	标准液	宽频抗反射镀膜



#### 警告

1. 使用前，请勿将本配件浸入消毒产品中。
2. 请检查接触面，确保无任何损伤（如缺口、划痕等）。如配件已损坏，请勿使用或修补。



#### 注意事项

1. 完整阅读及理解使用说明前，请勿尝试使用沃爱康®1 一次性接触式激光诊疗性镜片（直接接触）。
2. 由执业医师根据其他直接显微眼科接触式激光诊疗性镜片的使用方法使用。
3. 使用前，请检查无菌包装及镜片。
4. 沃爱康®1 一次性接触式激光诊疗性镜片（直接接触）仅供单一患者使用。
5. 请勿重复消毒和使用。
6. 本配件仅根据单次使用进行包装和灭菌。请勿重复使用、加工或消毒。本配件的重复使用、加工或消毒可能导致污染风险和/或导致患者感染或交叉感染，包括但不限于患者间的传染病传播。配件污染可能造成患者受伤、患病或死亡。

#### 使用期限

请在包装标签上所示日期前使用本配件。

#### 建议使用方法

1. 拆除镜片包装，并将镜片置于无菌工作区。
2. 标准液接触镜片要求在凹形接触面（即角膜与本配件之间）上使用甲基纤维素或其他类似粘性接合溶液。
3. 沃爱康®1 一次性玻切镜片是用于在外科手术中帮助提高后极部及周边部视网膜及玻璃体影像精确度及清晰度的外科镜片配件。该镜片安装于角膜中，有助于提高放大倍数。
4. 沃爱康的宽频抗反射激光镀膜优化了诊疗成像性能及可见的近红外波长激光程序（如氩和二极管）。
5. 在治疗过程中计算光斑尺寸时，激光光斑的设置应乘以适当的激光放大系数。参见规格表中所列镜片的适当放大系数。



已采用环氧乙烷灭菌



请勿重复使用



请阅读使用说明，了解注意事项



如包装被打开或损坏，请勿使用



使用期限



批号



参考号



生产厂商



欧共体授权代表